

附件 10:

单一来源专家论证意见

一、基本情况			
项目名称	高频双台阵地震模拟试验平台项目设备（三期）—大型精密仪器维修项目（第二包 核磁共振波谱仪维修）		
项目金额	4.5 万元	采购项目单位	安徽建筑大学
拟定唯一供应商	名称	布鲁克（北京）科技有限公司	联系人及联系方式 李红叶 010-58333129
	地址	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座一、八层 C103、C106、C801 室	
二、申请理由（请用“√”表示）			
《中华人民共和国政府采购法》第三十一条：符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源方式采购：			
☐ （一）只能从唯一供应商处采购的；			
☐ （二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；			
☒ （三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。			
原因阐述： 我校于 2012 年采购布鲁克 ASCEND 400 核磁共振谱仪，自投入使用以来，已服役近 14 年。近期测试中出现探头内调谐马达故障，导致仪器无法正常测试。由于维修配件为原厂专供部件，该设备的维修只有原厂家可以做到，故无法由其他供应商承接，需要原厂家提供维修服务。			
三、专家论证意见 本次项目为核磁共振谱仪的维修服务，需要对探头内调谐马达故障进行维修，由于维修配件为原厂专供部件，目前只有原厂家能提供配套的维修服务，因此需要原厂家维修，符合《政府采购法》第三十一条第（三）款相关规定，建议采用单一来源方式采购。			
四、专家签字（须 3 人以上单数组成专家组）			
姓名	严睿文	崔接武	陈
单位	安徽大学	合肥工业大学	中国科学技术大学
职称	副研究员	教授	教授

